



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.010.A № 53322/1

Срок действия до 09 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители температуры и относительной влажности комбинированные
Saveris

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 55786-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП РТ 1924-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2016 г. № 1835

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2016 г.

Серия СИ

№ 026118

Срок действия до 23 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2018 г. № 2230

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 26 " 10 2018 г.